

**Panomed Medizintechnik
Servicezentrum
Hochweg 15**

82234 Weßling

Sicherheitstechnische Kontrolle / OXYLATOR - Datenblatt

Betreiber nach §2 - Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV):

Folgendes Gerät ist nach §11 (MPBetreibV) einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen:

Modell/OXYLATOR	Seriennummer	letzte STK	STK fällig am
------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Funktions-Emailadresse des Betreibers / Sicherheitsbeauftragten

(Bitte prüfen und ggf. eintragen bzw. ändern)

Ort, Datum, Unterschrift

Hinweis:

*Der OXYLATOR ist ein Medizinprodukt der Anlage 1 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).
Nach §11 der MPBetreibV sind für die OXYLATOREN im Abstand von 2 Jahren sicherheitstechnische Kontrollen (STK) durchzuführen.*